


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/06/2025 - 25/06/2025
Dias de utilização	8/8 dias (100%)	
>= 4 horas	8 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	70 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 46 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 38 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/06/2025)	2,936 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653877
Modo	CPAP
Pressão definida	5.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 6.6	Máximo: 28.8	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.1	IAH: 1.3	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653877

