

CUNHA, DAVID

Relatório de resumo

Data de nasc:	15/12/1976	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	08/12/2025 - 06/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	12/11/2025
ID do paciente:	DAVID CUNHA519249...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J376246784122				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 08/12/2025 - 06/01/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	08/12/2025 - 06/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	7 dias 14horas. 2 min. 43 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 50 min. 52 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 4 min. 5 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 16 min. 38 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 59 min. 37 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	90,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	10,0%
Tempo total com soprador	7 dias 14horas. 7 min. 26 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	9,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	11,0 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	27 segundos.
Média de IAH	2,5



Definições do Dispositivo a partir de 06/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	7 cmH ₂ O
Pressão máx.	11 cmH ₂ O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	30 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

