

CUNHA, DAVID

Relatório de resumo

Data de nasc:	15/12/1976	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	16/03/2026 - 14/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	12/11/2025
ID do paciente:	DAVID CUNHA519249...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J376246784122				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 16/03/2026 - 14/04/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	16/03/2026 - 14/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	7 dias 14horas. 56 min. 9 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 42 min. 46 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 5 min. 52 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 5 min. 52 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 2 min. 4 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	7 dias 14horas. 57 min. 27 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	9,3 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,6 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	11,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	12 segundos.
Média de IAH	1,9




Definições do Dispositivo a partir de 14/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH ₂ O
Pressão máx.	11 cmH ₂ O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	30 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

