


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/10/2025 - 21/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (71%)	
< 4 horas	2 dias (29%)	
Horas de utilização	29 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 21/10/2025)	1,866 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	7 cmH2O
Pressão máx.	14 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 10.1	Percentil 95.º: 12.4	Máximo: 13.5	
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 17.0	Máximo: 29.7	
Eventos por hora	IA: 7.2	IH: 3.6	IAH: 10.8	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 5.9	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

