


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/10/2025 - 27/10/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		5 dias (71%)
< 4 horas		2 dias (29%)
Horas de utilização		32 horas 26 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 38 minutos
Utilização média (dias de utilização)		4 horas 38 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		4 horas 49 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/10/2025)		1,894 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	10 cmH2O
Pressão máx.	15 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.4	Percentil 95.º: 13.5	Máximo: 14.4	
Fugas — l/min	Mediana: 4.3	Percentil 95.º: 31.4	Máximo: 51.8	
Eventos por hora	IA: 4.7	IH: 1.7	IAH: 6.4	
Índice de apneia	Central: 0.7	Obstrutiva: 3.9	Desconhecid	0.0
Índice RERA				0.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

