

|                 |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Data de nasc:   | 20/04/1988                                                                | Organização: | FARIA E MATOS COMERCIO DE...     | Intervalo de datas:   | 13/09/2025 - 12/10/2025 |
| Referência:     |                                                                           | Morada:      | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA  | Data de configuração: | 01/08/2024              |
| ID do paciente: | BRUNO BERTOLOTTI ...                                                      |              | São José dos Campos, SP 12243690 | Máscara:              |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  | App vinculado:        |                         |
| Telefone:       |                                                                           |              |                                  |                       |                         |
| Dispositivos:   | DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36693286C7ED |              |                                  |                       |                         |

### Equipa de cuidados médicos

|                            |                                                    |                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA | FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD | RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Informações de aderência à terapêutica 13/09/2025 - 12/10/2025

**A-Flex™**

### Resumo de aderência à terapêutica

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Intervalo de datas                      | 13/09/2025 - 12/10/2025 (30 dias)   |
| Dias com uso do aparelho                | 30 dias                             |
| Dias sem uso do aparelho                | 0 dias                              |
| Porcentagem de dias com uso do aparelho | 100,0%                              |
| Uso acumulado                           | 6 dias 9 horas. 4 min. 46 segundos. |
| Uso máximo (1 dia)                      | 7 horas. 17 min. 22 segundos.       |
| Média de uso (todos os dias)            | 5 horas. 6 min. 9 segundos.         |
| Média de uso (dias de uso)              | 5 horas. 6 min. 9 segundos.         |
| Uso mínimo (1 dia)                      | 1 horas. 6 min. 31 segundos.        |
| Porcentagem de dias com uso >= 4 horas  | 80,0%                               |
| Porcentagem de dias com uso < 4 horas   | 20,0%                               |
| Tempo total com soprador                | 6 dias 9 horas. 5 min. 51 segundos. |

### Resumo de Auto-CPAP

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Pressão média de Auto-CPAP                 | 8,4 cmH2O   |
| Média de pico de pressão de Auto-CPAP      | 8,9 cmH2O   |
| De pressão do aparelho <= 90% do tempo     | 9,0 cmH2O   |
| Média do tempo em vazamento grande por dia | 2 segundos. |
| Média de IAH                               | 3,8         |


Definições do Dispositivo a partir de 12/10/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

## Configurações do dispositivo

| Parâmetro                                        | Valor      |
|--------------------------------------------------|------------|
| Pressão mín.                                     | 6 cmH2O    |
| Pressão máx.                                     | 9 cmH2O    |
| Configuração A-Flex                              | 1          |
| Bloqueio A-Flex                                  | Desativado |
| Desativação automática                           | Desativado |
| Ativação automática                              | Ativado    |
| Exibir telas opcionais                           | Ativado    |
| Tipo de rampa                                    | SmartRamp  |
| Tempo de rampa                                   | 5 minutos  |
| Pressão inicial de rampa                         | 4,0 cmH2O  |
| Resistência da máscara                           | Desativado |
| Trava da resistência da máscara                  | Desativado |
| Tipo de tubo                                     | 15         |
| Trava do tipo de tubo                            | Desativado |
| Opti-Start                                       | Desativado |
| EZ-Start                                         | Desativado |
| Temperatura do tubo                              | 3          |
| Umidificador                                     | 5          |
| Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido | Adaptável  |

## Horas de uso



## Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

