

Data de nasc:	20/04/1988	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	26/01/2026 - 24/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	01/08/2024
ID do paciente:	BRUNO BERTOLOTTI ...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36693286C7ED				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 26/01/2026 - 24/02/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	26/01/2026 - 24/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	7 dias 10horas. 7 min. 26 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 51 min. 26 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 56 min. 14 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 8 min. 31 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	29 min. 57 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	86,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	13,3%
Tempo total com soprador	7 dias 10horas. 29 min. 16 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,7 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	8,7 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	9,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	12 segundos.
Média de IAH	6,1


Definições do Dispositivo a partir de 24/02/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	9 cmH2O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

