

Data de nasc:	20/04/1988	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	28/03/2026 - 26/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	01/08/2024
ID do paciente:	BRUNO BERTOLOTTI ...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36693286C7ED				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 28/03/2026 - 26/04/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	28/03/2026 - 26/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	90,0%
Uso acumulado	6 dias 10horas. 18 min. 34 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 16 min. 14 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 8 min. 37 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 42 min. 54 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 50 min. 32 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	73,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	26,7%
Tempo total com soprador	6 dias 19horas. 20 min. 42 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	7,2 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	7,6 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	8,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	29 segundos.
Média de IAH	6,8


Definições do Dispositivo a partir de 26/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6,5 cmH ₂ O
Pressão máx.	8 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,5 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

