


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/11/2025 - 16/12/2025
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	167 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 36 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 0 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 54 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/12/2025)	3,073 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	13 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 11.7	Percentil 95.º: 12.9	Máximo: 13.0	
Fugas — l/min	Mediana: 16.7	Percentil 95.º: 38.8	Máximo: 48.9	
Eventos por hora	IA: 13.0	IH: 1.2	IAH: 14.2	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 5.1	Desconhecid	7.9
Índice RERA	2.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

