

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

12/09/2025 - 11/10/2025

Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		195 horas 29 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 31 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 31 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 33 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/10/2025)		3,164 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22231024644	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		8 cmH2O	
Pressão máx.		11 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Padrão	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 9.4	Percentil 95.º: 10.6	Máximo: 10.9
Fugas — l/min	Mediana: 20.3	Percentil 95.º: 32.8	Máximo: 44.5
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 0.8	IAH: 1.8
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid 0.2
Índice RERA	0.3		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024644

Utilização (horas)


Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **29 (97 %)**
< 4 horas dias **1 (3 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **6,5 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **44,5**
% 95.º (méd.) **32,8**
Mediana (méd.) **20,3**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **11,0**
Definir pressão mín. **8,0**

Máximo (méd.) **10,9**
% 95.º (méd.) **10,6**
Mediana (méd.) **9,4**



IAH (eventos/hora)

IAH **1.8**
IH **0.8**
IA **1.0**
IAC **0.1**
IAO **0.7**
IAD **0.2**
RERA **0.3**
%RCS (méd.) **0.0**

