


Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                      | 13/09/2025 - 12/10/2025 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 30/30 dias (100%)    |                         |
| >= 4 horas                                                   | 29 dias (97%)        |                         |
| < 4 horas                                                    | 1 dias (3%)          |                         |
| Horas de utilização                                          | 190 horas 55 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 6 horas 22 minutos   |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 6 horas 22 minutos   |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 6 horas 31 minutos   |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 12/10/2025) | 5,224 horas          |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22222291722  |
| Modo                | AutoSet      |
| Pressão mín.        | 5 cmH2O      |
| Pressão máx.        | 10 cmH2O     |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 2            |
| Resposta            | Padrão       |

| Terapia                                            |                |                      |              |     |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----|
| Pressão — cmH2O                                    | Mediana: 9.8   | Percentil 95.º: 10.0 | Máximo: 10.0 |     |
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.1   | Percentil 95.º: 6.4  | Máximo: 19.0 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 2.4        | IH: 1.8              | IAH: 4.2     |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 1.5   | Obstrutiva: 0.8      | Desconhecid  | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.6            |                      |              |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                      |              |     |

Horas de utilização




# Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291722


## Utilização (horas)



## Fuga (l/min)



## Pressão (cmH2O)



## IAH (eventos/hora)

