


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		25/02/2026 - 02/03/2026
Dias de utilização		4/6 dias (67%)
>= 4 horas		4 dias (67%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		26 horas 36 minutos
Utilização média (total de dias)		4 horas 26 minutos
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 39 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 58 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/03/2026)		1,313 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609906
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.6	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 16.5	Percentil 95.º: 33.9	Máximo: 42.6	
Eventos por hora	IA: 4.9	IH: 1.9	IAH: 6.8	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 1.3	Desconhecid	3.4
Índice RERA	3.7			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609906


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

