


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		13/10/2025 - 09/11/2025
Dias de utilização	19/28 dias (68%)	
>= 4 horas	18 dias (64%)	
< 4 horas	1 dias (4%)	
Horas de utilização	121 horas 47 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 21 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 54 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 09/11/2025)	1,067 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22161609906
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.2	Percentil 95.º: 10.9	Máximo: 10.9	
Fugas — l/min	Mediana: 13.6	Percentil 95.º: 29.7	Máximo: 42.4	
Eventos por hora	IA: 1.9	IH: 1.7	IAH: 3.6	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	0.9
Índice RERA	3.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22161609906


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

