


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/09/2025 - 13/10/2025
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	181 horas 42 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 19 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/10/2025)	6,069 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221799962
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.8	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 2.5	Percentil 95.º: 24.4	Máximo: 31.2	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221799962


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

