


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/09/2025 - 13/10/2025	
Dias de utilização		28/30 dias (93%)	
>= 4 horas		27 dias (90%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		168 horas 22 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 1 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		5 horas 59 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/10/2025)		5,492 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22221838124	
Modo		CPAP	
Pressão definida		7 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 9.7	Percentil 95.º: 28.5	Máximo: 33.7
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.7	IAH: 1.1
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid 0.0
Índice RERA	1.1		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221838124


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

