


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/03/2026 - 07/04/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	27 dias (90%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	189 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 20 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/04/2026)	1,863 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292567
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 1.9	
Eventos por hora	IA: 4.1	IH: 2.2	IAH: 6.3	
Índice de apneia	Central: 3.7	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	8 minutos (2%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292567


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

