


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		15/09/2025 - 14/10/2025
Dias de utilização	26/30 dias (87%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	181 horas 31 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 59 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 30 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/10/2025)	810 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292567
Modo	CPAP
Pressão definida	7.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.0	Máximo: 2.6	
Eventos por hora	IA: 5.2	IH: 2.3	IAH: 7.5	
Índice de apneia	Central: 4.8	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	3 minutos (1%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292567


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

