

Data de nasc:	06/02/1968	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	13/01/2026 - 11/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	09/12/2024
ID do paciente:	PAULO CESAR TELLE...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37161913BE70				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 13/01/2026 - 11/02/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	13/01/2026 - 11/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	27 dias
Dias sem uso do aparelho	3 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	90,0%
Uso acumulado	6 dias 7horas. 11 min. 15 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 44 min. 38 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 2 min. 22 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 35 min. 58 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 34 min. 53 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	80,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	20,0%
Tempo total com soprador	6 dias 7horas. 11 min. 25 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	22 segundos.
Média de IAH	0,5
Pressão CPAP	10,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 11/02/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	10 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

