

Data de nasc:	06/02/1968	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	12/02/2026 - 19/03/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	09/12/2024
ID do paciente:	PAULO CESAR TELLE...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37161913BE70				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 12/02/2026 - 19/03/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	12/02/2026 - 19/03/2026 (36 dias)
Dias com uso do aparelho	34 dias
Dias sem uso do aparelho	2 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	94,4%
Uso acumulado	8 dias 4horas. 2 min. 24 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 23 min. 33 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 26 min. 44 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 45 min. 57 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	3horas. 40 min. 31 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	91,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	8,3%
Tempo total com soprador	8 dias 4horas. 2 min. 30 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	2 segundos.
Média de IAH	0,5
Pressão CPAP	10,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 19/03/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	10 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

