


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/04/2026 - 03/05/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	26 dias (87%)	
< 4 horas	2 dias (7%)	
Horas de utilização	194 horas 16 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 03/05/2026)	782 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22242217485
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 21.9
Eventos por hora	IAH: 0.5

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22242217485


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

