


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/11/2025 - 11/12/2025
Dias de utilização	28/28 dias (100%)	
>= 4 horas	28 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	204 horas 57 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 12 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/12/2025)	323 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22251051784
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 5.0	Máximo: 11.1	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.2	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.9			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22251051784

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/28 (100 %)**
>= 4 horas dias **28 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,3 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **11,1**
% 95.º (méd.) **5,0**
Mediana (méd.) **0,1**




Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Tempo total, 1.0**

Definir pressão máx. **10,0**
Definir pressão mín. **6,0**

Máximo (méd.) **10,0**
% 95.º (méd.) **9,9**
Mediana (méd.) **9,5**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.8**
IH **0.2**
IA **0.6**
IAC **0.0**
IAO **0.5**
IAD **0.0**
RERA **0.9**
%RCS (méd.) **0.0**

