


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		30/10/2025 - 12/11/2025
Dias de utilização	14/14 dias (100%)	
>= 4 horas	14 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	112 horas 33 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 2 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 2 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 18 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 12/11/2025)	112 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22251051784
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Tempo total
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.3	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 5.2	Máximo: 31.2	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22251051784


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

