


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		10/10/2025 - 15/10/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	54 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	9 horas 3 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	9 horas 3 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	9 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/10/2025)	2,156 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	AutoSet
Pressão mín.	6 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.9	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 10.8	Máximo: 15.6	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.2	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	2.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

