


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/10/2025 - 22/10/2025
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		55 horas 42 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 57 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 57 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 4 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/10/2025)		2,211 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024638
Modo	CPAP
Pressão definida	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 3.6	Percentil 95.º: 14.4	Máximo: 20.9	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.4	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA				2.3
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024638


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

