

Data de nasc:	10/09/1955	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/01/2026 - 09/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	01/07/2024
ID do paciente:	JANE BERBIANE ROD...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36690443CAF4				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 11/01/2026 - 09/02/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/01/2026 - 09/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	29 dias
Dias sem uso do aparelho	1 dia
Porcentagem de dias com uso do aparelho	96,7%
Uso acumulado	9 dias 11horas. 12 min. 20 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 33 min. 39 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7horas. 34 min. 24 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7horas. 50 min. 4 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4horas. 37 min. 24 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	96,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	3,3%
Tempo total com soprador	9 dias 20horas. 34 min. 26 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	4 segundos.
Média de IAH	2,8
Pressão CPAP	8,5 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 09/02/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	8,5 cmH ₂ O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

