

NS: J36690443CAFH

~~modm~~

modm: WD8738483AE1F

Unid: H36925584C2FF

JANE BERBIANO	
HD:	
MEDICO:	
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

28/ P = 8,2 cmH₂O

07 IAH = 0,4

21 m. de uso: 6h31

Sem queixas de desconforto, — Jua

17/08 P = 8,2 cmH₂O

22 IAH = 0,1

m. de uso: 5hr

Criou o simule e deixou de usar por 11 dias

Jua

28/12 P = 8,2 cmH₂O

22 IAH = 0,8 e/ev

m. de uso: 5h50'

Bem adapt.

Jua.

17/03 P = 8,2 cmH₂O

Bem adaptada,

23 IAH = 0,9 e/ev

8/ queixas

Fuga: 4,8 l/min

Jua.

29/05 P = 8,2 cmH₂O

2023 IAH = 1,0 e/h

Fuga: 7,2 l/min

m. de uso: 6h20'

Relatório 01/03 a 24/03/2023

18 dias internada por descompensação renal → infecção cateter hemodialítico
quedo na sala; mal estar.
→ nesse período não usou CPAP.

26/06/23 P = 8,2 cmH₂O

Bem adaptada

IAH = 3,6 e/h

fuga: 2,4 l/min

→ *grupos de escape??

m. de uso: 6 horas

24/07/23 P= 8,2 cmH₂O
IAH= 1,8 elh
m de uso: 6 horas

Bem adaptada
Estável func^o renal / hemodialise
3x / semana
(3 litros)

25/09
23 P= 8,2 cmH₂O
IAH= 1,9 elh
M. de uso: 5h48'

Bem adapt.
Troco o filtro - Retorna 3 meses
fue

18/02
23 P= 8,2 cmH₂O
IAH= 1,4
M. de uso: 5h50

Bem adapt.
Troco filtro da max
fue

19/02
2024 P= 8,2 cmH₂O
IAH= 1,8 elh.
m uso= 5h47'
fuq: 14l/min

Bem adaptada

15/04
24 P= 8,2
IAH= 0,9
M. de uso: 3h50' → fez cirurgia de catarata,
fez dormido D.D. fue

18/07
23 - comprou CPAP Dream Station - Philips

16/08/2024 : Auto G à 10 cmH₂O
P média 6,9 cmH₂O média pico 8,1 cmH₂O
IAH= 4,5 elh Fixo 7,5 cmH₂O
média 3h48 min → nariz obstruído. Silvia

18/09/2024 P= 7,5 cmH₂O sente Bem
IAH= 8,7 elh 4P: 8,5 cmH₂O Silvia
m uso= 5h47'

28/10/2024 P= 8,5 cmH₂O
IAH= 2,3 elh Bem adaptada, sem queixas
uso média: 5h40 min * troco filtro * Silvia
fuq=0

13/01/2025 P= 8,5 cmH₂O
IAH= 1,8 elh Bem adaptado. Bem adaptada
m uso= 5 horas. Silvia

17/03/2025 P= 8,5 cmH₂O
IAH= 2,8 elh
m uso= 5h30
fuq= 12min