


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		28/10/2025 - 06/11/2025
Dias de utilização	10/10 dias (100%)	
>= 4 horas	10 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	69 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 58 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 58 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 06/11/2025)	2,084 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653863
Modo	CPAP
Pressão definida	7 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 16.4	Máximo: 23.9	
Eventos por hora	IA: 0.8	IH: 0.2	IAH: 1.0	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653863


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

