

FLAVIO MACHADO, FERNANDO**Relatório de resumo**

Data de nasc:	08/06/1952	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	03/01/2026 - 01/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	16/08/2024
ID do paciente:	FERNANDO FLAVIO M...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36692117F2A3				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA	FARIA E MATOS COMERCIO DE	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
CLAUDIA	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 03/01/2026 - 01/02/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	03/01/2026 - 01/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	7 dias 16horas. 58 min. 33 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8horas. 46 min. 25 segundos.
Média de uso (todos os dias)	6horas. 9 min. 57 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 9 min. 57 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 50 min. 45 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	90,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	10,0%
Tempo total com soprador	7 dias 17horas. 3 min. 11 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	6,9 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,2 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	8,4 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	8 segundos.
Média de IAH	3,2




Definições do Dispositivo a partir de 01/02/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH ₂ O
Pressão máx.	12 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	1
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

▨ Configuração variou

