

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Wagner Alexandre Afonso

Data de nasc. 13/08/1967 (55 anos)

Sexo Masculino

Exame

Início 03/08/2023 – 23:40:31

Fim 04/08/2023 – 07:25:49

Tempo total 07:45:18 (465,3 min)

Tempo válido 07:33:05 (453,1 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☐ Congestão nasal☐ Sedativos☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP☐ Aparelho de avanço☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 03/08/2023

Peso 74 kg

Altura 1,71 m

IMC 25,3

Sintomas

Respondido em 03/08/2023


☐ Ronco alto e frequente☐ Dificuldade para manter o sono☐ Sono agitado☐ Sono não reparador☐ Sonolência ou cansaço diurno☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil☐ Dificuldade de concentração☐ Perda de memória☒ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 03/08/2023

☐ Hipertensão arterial sistêmica☐ Doença arterial coronária☐ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☐ Diabetes☐ Depressão☐ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☒ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 03/08/2023, iniciado às 23:40 e terminado às 07:25. O tempo total de registro foi de 7h45min (465 minutos) e o tempo válido foi de 7h33min (453 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 28 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,7/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Foram detectados eventos de ronco durante 28% do tempo de registro.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,7/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	81%
SpO ₂ média	93%
SpO ₂ máxima	98%
Tempo com SpO ₂ < 90%	3,0 min (0%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	28
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	3,7 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	2,7 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica (CH) **34,2 %min /hora**



Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)




FC mínima	51 bpm
FC média	72 bpm
FC máxima	114 bpm

Sono estimado

Tempo total de sono	399,0 min
Tempo para dormir	19,0 min
Tempo acordado pós-sono	45,0 min
Eficiência do sono	86%

Análise de ronco

Tempo de gravação	439,0 min
Tempo com ronco	123,0 min (28%)



Polissonogramas

