

FARIA CRUZ, MARLENE

Relatório de resumo

Data de nasc:	14/01/1961	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	17/07/2025 - 05/08/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	24/06/2025
ID do paciente:	MARLENE FARIA CRU...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624627C76D				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 17/07/2025 - 05/08/2025



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	17/07/2025 - 05/08/2025 (20 dias)
Dias com uso do aparelho	20 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	6 dias 22horas. 19 min. 29 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 52 min. 2 segundos.
Média de uso (todos os dias)	8horas. 18 min. 58 segundos.
Média de uso (dias de uso)	8horas. 18 min. 58 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	6horas. 56 min. 3 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	6 dias 22horas. 21 min. 36 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	30 segundos.
Média de IAH	10,2
Pressão CPAP	9,0 cmH2O




Definições do Dispositivo a partir de 05/08/2025

Modo do aparelho CPAP - C-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9 cmH2O
Configuração C-Flex	1
Bloqueio C-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,5 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	3
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

