

FARIA CRUZ, MARLENE**Relatório de resumo**

Data de nasc:	14/01/1961	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	28/12/2025 - 26/01/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	24/06/2025
ID do paciente:	MARLENE FARIA CRU...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624627C76D				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 28/12/2025 - 26/01/2026**A-Flex™****Resumo de aderência à terapêutica**

Intervalo de datas	28/12/2025 - 26/01/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 20 min. 2 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9 horas. 58 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7 horas. 12 min. 40 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7 horas. 12 min. 40 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	4 horas. 51 min. 44 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 44 min. 12 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	9,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	22 segundos.
Média de IAH	3,4




Definições do Dispositivo a partir de 26/01/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH ₂ O
Pressão máx.	14 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	3
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

