

FARIA CRUZ, MARLENE

Relatório de resumo

Data de nasc: 14/01/1961

Organização:

FARIA E MATOS COMERCIO DE...

Intervalo de datas: 28/03/2026 - 26/04/2026

Referência:

Morada:

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA
São José dos Campos, SP 12243690

Data de configuração: 24/06/2025

ID do paciente: MARLENE FARIA CRU...

Telefone:

Máscara:

Telefone:

App vinculado:

Dispositivos: DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J37624627C76D

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA
CLAUDIA

FARIA E MATOS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD

RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos
Campos - SP, 12243690, BRA

Informações de aderência à terapêutica 28/03/2026 - 26/04/2026

A-Flex™

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	28/03/2026 - 26/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	9 dias 3 horas. 25 min. 49 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9 horas. 26 min. 59 segundos.
Média de uso (todos os dias)	7 horas. 18 min. 51 segundos.
Média de uso (dias de uso)	7 horas. 18 min. 51 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	5 horas. 8 min. 11 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	100,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	0,0%
Tempo total com soprador	9 dias 3 horas. 33 min. 2 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	8,8 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	10,9 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	10,3 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	42 segundos.
Média de IAH	3,0




Definições do Dispositivo a partir de 26/04/2026

Modo do aparelho AutoCPAP - A-Flex

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	8 cmH ₂ O
Pressão máx.	14 cmH ₂ O
Configuração A-Flex	3
Bloqueio A-Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	Linear
Tempo de rampa	10 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

