

MARCAL RODRIGUES, MAURO

Relatório de resumo

Data de nasc:	14/11/1950	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	18/03/2026 - 16/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	02/09/2024
ID do paciente:	MAURO MARCAL RODR...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J36698333EE21				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 18/03/2026 - 16/04/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	18/03/2026 - 16/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	26 dias
Dias sem uso do aparelho	4 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	86,7%
Uso acumulado	4 dias 51 min. 22 segundos.
Uso máximo (1 dia)	8 horas. 34 min. 37 segundos.
Média de uso (todos os dias)	3 horas. 13 min. 42 segundos.
Média de uso (dias de uso)	3 horas. 43 min. 30 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2 min. 3 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	30,0%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	70,0%
Tempo total com soprador	4 dias 1 horas. 30 min. 34 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	32 min. 32 segundos.
Média de IAH	3,1
Pressão CPAP	8,0 cmH2O



Definições do Dispositivo a partir de 16/04/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	8 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	5,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	5
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

