


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/02/2026 - 17/03/2026
Dias de utilização	29/30 dias (97%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	183 horas 55 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 8 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 17/03/2026)	4,703 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231569042
Modo	CPAP
Pressão definida	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 13.3
Eventos por hora	IAH: 0.8

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 CPAP

NS: 22231569042


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

