


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/11/2025 - 01/12/2025
Dias de utilização	11/11 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (55%)	
< 4 horas	5 dias (45%)	
Horas de utilização	47 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 17 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 17 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 16 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/12/2025)	1,750 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 6.9	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 8.4	Percentil 95.º: 26.9	Máximo: 36.5	
Eventos por hora	IA: 3.1	IH: 1.4	IAH: 4.5	
Índice de apneia	Central: 2.3	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

