


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		16/10/2025 - 22/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	46 horas 2 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 35 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 35 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/10/2025)	1,553 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882369
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.1	Percentil 95.º: 7.5	Máximo: 9.2	
Fugas — l/min	Mediana: 2.6	Percentil 95.º: 18.9	Máximo: 43.4	
Eventos por hora	IA: 1.3	IH: 1.0	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882369


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

