


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		08/11/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	219 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 20 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 20 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	8,241 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021239
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	11 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.6	Percentil 95.º: 9.0	Máximo: 10.2	
Fugas — l/min	Mediana: 22.2	Percentil 95.º: 44.4	Máximo: 53.8	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.3	IAH: 0.6	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021239


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

