


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/11/2025 - 07/12/2025
Dias de utilização	19/21 dias (90%)	
>= 4 horas	11 dias (52%)	
< 4 horas	8 dias (38%)	
Horas de utilização	79 horas 13 minutos	
Utilização média (total de dias)	3 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 43 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/12/2025)	4,853 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801729
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 1.2	Máximo: 4.5	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.2	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801729


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

