


# Relatório de adesão ao tratamento

| Utilização                                                   |                    | 30/10/2025 - 15/11/2025 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Dias de utilização                                           | 17/17 dias (100%)  |                         |
| >= 4 horas                                                   | 8 dias (47%)       |                         |
| < 4 horas                                                    | 9 dias (53%)       |                         |
| Horas de utilização                                          | 74 horas 0 minutos |                         |
| Utilização média (total de dias)                             | 4 horas 21 minutos |                         |
| Utilização média (dias de utilização)                        | 4 horas 21 minutos |                         |
| Utilização mediana (dias de utilização)                      | 3 horas 59 minutos |                         |
| Total de horas de uso (último reset de valores - 15/11/2025) | 4,767 horas        |                         |

| AirSense 10 AutoSet |              |
|---------------------|--------------|
| Número de série     | 22221801729  |
| Modo                | CPAP         |
| Pressão definida    | 6 cmH2O      |
| EPR                 | Apenas rampa |
| Nível de EPR        | 1            |

| Terapia                                            |                |                     |             |     |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-----|
| Fugas — l/min                                      | Mediana: 0.0   | Percentil 95.º: 1.1 | Máximo: 9.5 |     |
| Eventos por hora                                   | IA: 0.6        | IH: 0.2             | IAH: 0.8    |     |
| Índice de apneia                                   | Central: 0.4   | Obstrutiva: 0.2     | Desconhecid | 0.0 |
| Índice RERA                                        | 0.4            |                     |             |     |
| Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite) | 0 minutos (0%) |                     |             |     |

## Horas de utilização



# Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801729

## Utilização (horas)

Dias de utilização **17/17 (100 %)**


>= 4 horas dias **8 (47 %)**

< 4 horas dias **9 (53 %)**

Dias sem utilização **0 (0 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,4 h**




## Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **9,5**

% 95.º (méd.) **1,1**

Mediana (méd.) **0,0**




## Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida **6,0**



## IAH (eventos/hora)

IAH **0.8**

IH **0.2**

IA **0.6**

IAC **0.4**

IAO **0.2**

IAD **0.0**

RERA **0.4**

%RCS (méd.) **0.0**

