


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/10/2025 - 23/10/2025
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (71%)	
< 4 horas	2 dias (29%)	
Horas de utilização	36 horas 7 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 10 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 10 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/10/2025)	4,657 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801729
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.7	Percentil 95.º: 8.0	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 3.4	Máximo: 18.2	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.1	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801729


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

