


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		24/10/2025 - 29/10/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	34 horas 46 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 48 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/10/2025)	4,693 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801729
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.2	Máximo: 9.2	
Eventos por hora	IA: 0.6	IH: 0.2	IAH: 0.8	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801729

Utilização (horas)

Dias de utilização**6/6 (100 %)**
>= 4 horas dias**5 (83 %)**
< 4 horas dias**1 (17 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.)**5,8 h**



Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**


Máximo (méd.)**9,2**
% 95.º (méd.)**0,2**
Mediana (méd.)**0,0**



Pressão (cmH2O)

Modo**CPAP**
Definir EPR**Apenas rampa, 1.0**

Pressão definida**6,0**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐**0.8**
IH ☐**0.2**
IA ☐**0.6**
IAC**0,5**
IAO**0,1**
IAD**0,0**
RERA**0,3**
%RCS (méd.)**0.0**

