

Perfil do paciente

Informação do paciente

Nome do paciente: **Sr. JOSE DE TOLEDO JUNIOR**
Identificação do paciente:
ID de referência:
Data de Nascimento: **2 abril 1960** Idade: **65**
Sexo: **Masculino**

Informações de contacto

Endereço:
Números de telefone:
Correio electrónico:

Seguro

Seguradora: Número de sócio: Sócio desde: **31/10/2025**

Médico

Médico assistente: Centro de saúde:
Médico que encaminhou o paciente: Centro de saúde:

Informação de equipamento

Gerador de fluxo:	Número de série do gerador de fluxo:	Proprietário: Sim
	Versão de software do gerador de fluxo:	
Humidificador:	Número de série do humidificador:	Proprietário: Sim
Módulo de dados:	Número de série do módulo de dados:	Proprietário: Sim
	Versão de software do módulo de dados:	
Máscara:		
Cartão de dados: Não		

Estatísticas

17/10/2025 - 27/10/2025 Dispositivo: S9 Escape Auto (S/N: 22141121300)


Parâmetros do dispositivo		
Modo de terapia: APAP	APE: FULLTIME	Nível APE: 3,0 cmH20
Pressão mínima: 8,0 cmH20	Pressão máxima: 15,0 cmH20	
Pressão - cmH20		
Mediana: 11,0	Percentil 95: 13,2	Máximo/a: 14,6
Índices respiratórios - eventos/hora		
AHI: 1,2		
Utilização Total		
Dias de Uso >= 4 horas : 10	Dias de Uso < 4 horas : 1	% Dias de Uso >= 4 horas : 90
Dias de não utilização: 0	Totalidade de dias: 11	Horas de utilização: 50:56
Mediana do uso diário: 4:59	Média de uso diário: 4:37	

Gráficos em sumário


17/10/2025 - 27/10/2025

Dispositivo: S9 Escape Auto (S/N: 22141121300)

Pressão



IAH & IA



Uso

