


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/03/2026 - 16/04/2026
Dias de utilização	28/30 dias (93%)	
>= 4 horas	28 dias (93%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	250 horas 10 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 20 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 56 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 45 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/04/2026)	5,788 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221549729
Modo	CPAP
Pressão definida	9.6 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 29.1	Percentil 95.º: 45.8	Máximo: 57.9	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.5	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221549729

Utilização (horas)


Dias de utilização **28/30 (93 %)**
>= 4 horas dias **28 (93 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **2 (7 %)**

Utilização/dia (méd.) **8,9 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**
Máximo (méd.) **57,9**
% 95.º (méd.) **45,8**
Mediana (méd.) **29,1**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Desl.**

Pressão definida **9,6**



IAH (eventos/hora)

IAH **0.9**
IH **0.5**
IA **0.4**
IAC **0.1**
IAO **0.1**
IAD **0.1**
RERA **0.2**
%RCS (méd.) **0.0**

