


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/12/2025 - 04/01/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	14 dias (47%)	
< 4 horas	13 dias (43%)	
Horas de utilização	123 horas 6 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 34 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 36 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 04/01/2026)	2,739 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882349
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia						
Pressão — cmH2O	Mediana:	6.6	Percentil 95.º:	7.0	Máximo:	7.0
Fugas — l/min	Mediana:	0.5	Percentil 95.º:	7.3	Máximo:	15.0
Eventos por hora	IA:	2.2	IH:	0.3	IAH:	2.5
Índice de apneia	Central:	1.8	Obstrutiva:	0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA						0.2
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)					0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882349

Utilização (horas)

Dias de utilização **27/30 (90 %)**

>= 4 horas dias

14 (47 %)


< 4 horas dias

13 (43 %)

Dias sem utilização **3 (10 %)**

Dias sem dados **0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.) **4,6 h**



Fuga (l/min)


Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **15,0**

% 95.º (méd.)

7,3

Mediana (méd.) **0,5**



Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**

Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **7,0**


Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **7,0**

% 95.º (méd.)

7,0

Mediana (méd.) **6,6**



IAH (eventos/hora)

IAH

IH

IA

IAC

IAO

IAD

RERA

%RCS (méd.)

