


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/10/2025 - 23/10/2025
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	53 horas 44 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 57 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 57 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 49 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 23/10/2025)	2,308 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882349
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.8	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 4.4	Máximo: 13.2	
Eventos por hora	IA: 4.4	IH: 0.5	IAH: 4.9	
Índice de apneia	Central: 3.9	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882349


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

