


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/09/2025 - 13/10/2025	
Dias de utilização		28/30 dias (93%)	
>= 4 horas		25 dias (83%)	
< 4 horas		3 dias (10%)	
Horas de utilização		174 horas 58 minutos	
Utilização média (total de dias)		5 horas 50 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 15 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 32 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 13/10/2025)		3,936 horas	
AirSense 10 Elite			
Número de série		22222628318	
Modo		CPAP	
Pressão definida		8 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Terapia			
Fugas — l/min	Mediana: 4.0	Percentil 95.º: 25.4	Máximo: 35.1
Eventos por hora	IA: 2.8	IH: 2.5	IAH: 5.3
Índice de apneia	Central: 2.5	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid 0.1
Índice RERA		0.2	
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 Elite

NS: 22222628318

Utilização (horas)

Dias de utilização **28/30 (93 %)**
>= 4 horas dias **25 (83 %)**
< 4 horas dias **3 (10 %)**
Dias sem utilização **2 (7 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **6,2 h**



Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**


Máximo (méd.) **35,1**
% 95.º (méd.) **25,4**
Mediana (méd.) **4,0**



Pressão (cmH2O)

Modo **CPAP**
Definir EPR **Apenas rampa, 2.0**

Pressão definida **8,0**



IAH (eventos/hora)

IAH **5.3**
IH **2.5**
IA **2.8**
IAC **2,5**
IAO **0,2**
IAD **0,1**
RERA **0,2**
%RCS (méd.) **0.2**

