

Relatório de adesão ao tratamento


Período de Adesão ao tratamento inicial		10/10/2024 - 08/11/2024
Adesão ao tratamento	Sim	
Porcentagem de adesão	97%	

Utilização		10/10/2024 - 08/11/2024
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	218 horas 9 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 25 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/11/2024)	1,248 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231024667
Modo	AutoSet
Pressão mín.	8 cmH2O
Pressão máx.	15 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 12.1	Percentil 95.º: 13.6	Máximo: 13.7	
Fugas — l/min	Mediana: 3.9	Percentil 95.º: 13.5	Máximo: 20.4	
Eventos por hora	IA: 4.3	IH: 2.1	IAH: 6.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 4.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	1.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231024667


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

