

Exame do Sono Biologix

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome Joao Batista De Siqueira

Data de nasc. 15/06/1962 (60 anos)

Sexo Masculino

Exame

Início 03/08/2022 – 23:44:07

Fim 04/08/2022 – 05:59:47

Tempo total 06:15:40 (375,7 min)

Tempo válido 06:08:52 (368,9 min)

Condições na noite do exame

☐ Consumo de álcool☒ Congestão nasal☐ Sedativos☐ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

☒ CPAP (06:15)☐ Aparelho de avanço☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 03/08/2022

Peso 76 kg

Altura 1,70 m

IMC 26,3

Sintomas

Respondido em 03/08/2022


☐ Ronco alto e frequente☐ Dificuldade para manter o sono☐ Sono agitado☐ Sono não reparador☐ Sonolência ou cansaço diurno☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil☐ Dificuldade de concentração☐ Perda de memória☒ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 03/08/2022

☒ Hipertensão arterial sistêmica☐ Doença arterial coronária☐ Insuficiência cardíaca☐ Arritmia cardíaca☐ Acidente vascular cerebral (AVC)☐ Diabetes☐ Depressão☐ Refluxo gastroesofágico☐ Doença respiratória☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o IDO

IDO < 5 Normal

5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve

15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada

IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 03/08/2022, iniciado às 23:44 e terminado às 05:59. O tempo total de registro foi de 6h15min (375 minutos) e o tempo válido foi de 6h08min (368 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 48 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 7,8/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 94% e permaneceu abaixo de 90% durante 1% do tempo de registro (4 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 12% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono leve (IDO 7,8/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Nota: considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂). Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%. Os índices correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.

Exame do Sono Biologix

Oximetria (SpO₂)


Histograma SpO₂ (%) × fração do tempo (%)



SpO ₂ mínima	87%
SpO ₂ média	94%
SpO ₂ máxima	98%
Tempo com SpO ₂ < 90%	4,1 min (1%)
Tempo com SpO ₂ < 80%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações	48
Índice de dessat. de oxigênio (IDO)	7,8 /hora
Índice de hipoxemia noturna	0,00 /hora

Frequência Cardíaca (FC)


Histograma FC (bpm) × fração do tempo (%)



FC mínima	42 bpm
FC média	52 bpm
FC máxima	91 bpm

Análise de ronco

Tempo de gravação	375,0 min
Tempo com ronco	46,0 min (12%)



Polissonogramas



Sensor: Oxistar -36, nº de série 01836, versão do firmware 01.006.000
 Aplicativo: plataforma android, versão 2009001
 Processador de exames: versão 1.96
 Documento gerado em 04/08/2022 às 14:32:50 BRT

Ref.: 100-9010825EW

Página 2 de 2