


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/09/2025 - 20/10/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	29 dias (97%)	
< 4 horas	1 dias (3%)	
Horas de utilização	198 horas 48 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 38 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 38 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 0 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 20/10/2025)	7,956 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22211841308
Modo	CPAP
Pressão definida	9.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	3

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 4.5	Percentil 95.º: 36.9	Máximo: 45.1	
Eventos por hora	IA: 3.1	IH: 0.5	IAH: 3.6	
Índice de apneia	Central: 2.9	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	1 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22211841308


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

