

Data de nasc:	16/01/1978	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	08/11/2025 - 20/11/2025
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	25/10/2025
ID do paciente:	FELIPE ALEJANDROB...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J258004966C36				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
-------------------------------	---	---

Informações de aderência à terapêutica 08/11/2025 - 20/11/2025

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	08/11/2025 - 20/11/2025 (13 dias)
Dias com uso do aparelho	13 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	2 dias 15horas. 40 min. 29 segundos.
Uso máximo (1 dia)	6horas. 19 min. 28 segundos.
Média de uso (todos os dias)	4horas. 53 min. 53 segundos.
Média de uso (dias de uso)	4horas. 53 min. 53 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	1horas. 29 min. 8 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	76,9%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	23,1%
Tempo total com soprador	2 dias 15horas. 41 min. 38 segundos.

Resumo de Auto-CPAP

Pressão média de Auto-CPAP	10,5 cmH2O
Média de pico de pressão de Auto-CPAP	11,7 cmH2O
De pressão do aparelho <= 90% do tempo	12,0 cmH2O
Média do tempo em vazamento grande por dia	23 segundos.
Média de IAH	4,3


Definições do Dispositivo a partir de 20/11/2025

Modo do aparelho AutoCPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Pressão mín.	6 cmH ₂ O
Pressão máx.	12 cmH ₂ O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH ₂ O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
Opti-Start	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	2
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Fixa

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

Fixo

Configuração variou

